

Für Epileptiker müssen die Programme **nur über die Kopfhörer** abgespielt werden, da die Lichtimpulsbrille für sie Gefahren birgt.

Mögliche negative Wirkung bei Anwendung von brainLight-Synchros auch in folgenden Fällen:

- nach Gehirn – OP
- bei Hirnschäden
- bei Lichtempfindlichkeit
- bei starkem Unwohlsein
- bei psychologischer oder psychiatrischer Behandlung nur nach Absprache mit dem behandelten Arzt
- nach und vor dem Alkohol – oder Drogenkonsum

Quelle: brainLight